

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：朱孝霖	
	职称：高级实验师	
	工作单位：常州大学药学院	
项目信息	项目名称：液质联用仪-氮气发生器维修	
	供应商名称：广州得翔科技有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>经调研，氮气发生器为液质联用色谱仪的重要附属部分。该设备由 Parker DH 公司生产。国内仅有广州得翔科技有限公司可提供原装压缩机配件及专业维修服务。建议该项目采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	朱孝霖	日期 2025 年 2 月 27 日

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；
- 3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；
- 4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：崔朋飞	
	职称：副教授	
	工作单位：常州大学药学院	
项目信息	项目名称：液质联用仪-氮气发生器维修	
	供应商名称：广州得翔科技有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>广东得翔科技有限公司是目前市面上唯一一家可同时提供 Parker DH 氮气发生器维修和原装配件更换的供应商。</p> <p>建议该项目采用单一来源采购方式</p>	
专业人员签字	崔朋飞	日期 2025年2月27日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：柏杨	
	职称：教授	
	工作单位：常州大学药学院	
项目信息	项目名称：液质联用仪-氮气发生器维修	
	供应商名称：广州得翔科技有限公司	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>该设备维修需从供应商处购买原装配件，并需专业人员进行拆机维修服务，目前市面上没有其它供应商可同时提供原装配件及专业售后服务。建议该项目采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	柏杨	日期 2015年 2月 27日

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；
- 3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；
- 4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 5、每位专家独立填写表 1。